

Wyjaśnienia do rozeznania cenowego :

„Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i do dezynfekcji dla SPZP-O w Reszlu”

Pakiet Sprzęt medyczny i dezynfekcja

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu? **TAK**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo? **TAK**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia? **TAK**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta. **NIE**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami? **TAK**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu? **NIE**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu? **TAK**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową o dł. 6cm (5,5cm w części przezroczystej) w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę? **TAK**

Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcji innego Producenta? **TAK**

Pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opak. a'90 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **TAK**

Pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści kubek pojnik dostępny wyłącznie w wersji z jednym uniwersalnym otworem? **NIE**

[Handwritten signature]

Pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści kubek pojnik o poj. 250ml dostępny wyłącznie w wersji z jednym uniwersalnym otworem o średnicy 8mm? **NIE**

Pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz automatyczny o następującym opisie:

- trójplaszczynowe ostrze zmniejsza do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszką palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach: **akceptujemy rozmiar**
23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany radiacyjnie
- Pakowanie: 100 szt. / box?

TAK

Pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? **TAK**

Pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru do EKG za opak. a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **TAK**

Pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? **TAK**

Pozycja 25 - Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawiczek lateksowych pudrowanych czy bezpudrowych? **Pudrowanych**

Pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści żel do dezynfekcji o pojemności 0,5l? **TAK**

Pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? **TAK**

Pozycja 29-31 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej? **TAK**

Pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 100ml za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **TAK**

Pozycja 35 - Czy Zamawiający dopuści kaniule 0,9x25mm? **TAK**

Pozycja 35-37 - Czy Zamawiający oczekuje kaniul dożylnych bezpiecznych (z osłoną zabezpieczającą przez ekspozycją zawodową)? **TAK**

Pozycja 35-37 - Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **TAK**

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD PIELĘGNIACZYNO-OPIEKUNICZY
ul. Słowackiego 3, 11-410 RESZEL
tel./fax 089/755 12 96
NIP 742-18-35-734, REG. 510654801
14-00-01271-04/010/C6/OPD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Reszlu

Aneta Janczuk

